



مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

غرفة تجارة عمان
AMMAN CHAMBER OF COMMERCE

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/٢٩
رقم الوارد: ٣٢٠٣

الرقم: م / عام / 17160
التاريخ: 1448 / 03 / 13 هـ
الموافق: 2026 / 08 / 27 م

معالي
عطوفة
سعادة

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم/عطوفتكم/سعادتكم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لذا أرجو أن أرفق لكم نسخة عن مشروع التصويت للمواصفة القياسية الأردنية أيزو ٢٠٢٦/١-٨١٠٦٠ الخاص بأجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة، الجزء ١: المتطلبات وطرق الفحص للنوع غير الآلي للقياس، الذي أعدته اللجنة الفنية الدائمة للمقاييس رقم (٣٥).

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعرض هذا المشروع على المختصين لديكم وموافقتنا بردكم عليه خلال شهرين من تاريخه، وذلك باستخدام بطاقة التصويت المرفقة، علما بأن عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشروع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام بالوكالة

م. وفاء يوسف المومني

المرفقات : مشروع التصويت
بطاقة التصويت

نسخة/ مدير مديرية التقييس
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الهندسية
نسخة/ رئيس قسم فحص ومتابعة المواصفات
نسخة/ أمين اللجنة الفنية م. أمية يوسف الجوامدة
غير ٢٠٢٦/٨/٢٣

بطاقة تصويت

Form # SDwf001-07



DJS ISO 81060-1:2026

ع ت أيزو ٨١٠٦٠-١/٢٠٢٦

First edition

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبنٍ مماثل)

أجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة

الجزء ١: المتطلبات وطرق الفحص للنوع غير الآلي للقياس

Non-invasive sphygmomanometers

Part 1: Requirements and test methods for non-automated measurement type

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للمقاييس ٣٥ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ١١٨٨-١/١٩٩٧ أوروبية ١٠٦٠-١/١٩٩٥، المقاييس - مقاييس الدم الشرياني، الجزء الأول: المتطلبات العامة والمواصفة القياسية الأردنية ١١٨٨-٢/١٩٩٧ أوروبية ١٠٦٠-٢/١٩٩٥، المقاييس - مقاييس الدم الشرياني، الجزء الثاني: المتطلبات التكميلية لمقاييس ضغط الدم الشرياني الميكانيكية ومشروع المواصفة القياسية الأردنية أيزو ٨١٠٦٠-١/٢٠٢٦ الخاص بأجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة، الجزء ١: المتطلبات وطرق الفحص للنوع غير الآلي للقياس، وأوصت بسحب المواصفات القياسية الأردنية أعلاه واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية أيزو ٨١٠٦٠-١/٢٠٢٦، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية أيزو ٨١٠٦٠ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "أجهزة قياس ضغط الدم غير

الباضعة":

- الجزء ١: المتطلبات وطرق الفحص للنوع غير الآلي للقياس.
- الجزء ٢: الاستقصاء السريري للنوع الآلي للقياس المنقطع.
- الجزء ٣: الاستقصاء السريري للنوع الآلي للقياس المستمر.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية أيزو ٨١٠٦٠-١/٢٠٢٦ تبنى مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٨١٠٦٠-١/٢٠٠٧ والتي تم مراجعتها والإبقاء عليها وتثبيت محتواها سنة ٢٠٢٢، أجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة، الجزء ١: المتطلبات وطرق الفحص للنوع غير الآلي للقياس، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الأوروبية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييمية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٨١٠٦٠-١/٢٠٠٧ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٨١٠٦٠-١/٢٠٠٧ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.