



مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

غرفة تجارة عمان
AMMAN CHAMBER OF COMMERCE

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٨/٢٩
رقم الوارد: ٣٢٠٤

الترقيم: م / عام / 17158
التاريخ: 13 / 03 / 1448 هـ
الموافق: 27 / 08 / 2026 م

معالي
عطوفة
سعادة

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم/عطوفتكم/سعادتكم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لذا أرجو أن أرفق لكم نسخة عن مشروع التصويت للمواصفة القياسية الأردنية أيزو ٢٠٢٦/٣٠٨١٠٦ الخاص بأجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة، الجزء ٣: الاستقصاء السريري للنوع الآلي للقياس المستمر، الذي أعدته اللجنة الفنية الدائمة للمقاييس رقم (٣٥).

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعرض هذا المشروع على المختصين لديكم وموافاتنا بردكم عليه خلال شهرين من تاريخه، وذلك باستخدام بطاقة التصويت المرفقة، علما بأن عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشروع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام بالوكالة

م. وفاء يوسف المومني

المرفقات : مشروع التصويت
بطاقة التصويت

نسخة/ مدير مديرية التفتيش
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الهندسية
نسخة/ رئيس قسم فحص ومراقبة المواصفات
نسخة/ أمين اللجنة الفنية م. أمية يوسف الحوامدة
مدير - ٢٠٢٦/٨/٢٣

بطاقة تصويت

[illegible]



DJS ISO 81060-3:2026

First edition

ع ت أيزو ٨١٠٦٠-٣-٢٠٢٦

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تين مائل)

أجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة

الجزء ٣: الاستقصاء السريري للنوع الآلي للقياس المستمر

Non-invasive sphygmomanometers

Part 3: Clinical investigation of continuous automated measurement type

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية؛ وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للمقاييس ٣٥ بدراسة مشروع المواصفة القياسية الأردنية أيزو ٨١٠٦٠-٢٠٢٦/٣ الخاص بأجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة، الجزء ٣: الاستقصاء السريري للنوع الآلي للقياس المستمر وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية أيزو ٨١٠٦٠-٢٠٢٦/٣ وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية أيزو ٨١٠٦٠ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "أجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة":

- الجزء ١: المتطلبات وطرق الفحص للنوع غير الآلي للقياس.
- الجزء ٢: الاستقصاء السريري للنوع الآلي للقياس المتقطع.
- الجزء ٣: الاستقصاء السريري للنوع الآلي للقياس المستمر.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية أيزو ٨١٠٦٠-٢٠٢٦/٣ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٨١٠٦٠-٢٠٢٢/٣، بأجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة، الجزء ٣: الاستقصاء السريري للنوع الآلي للقياس المستمر، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٨١٠٦٠-٢٠٢٢/٣ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

* قيد التعديل.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الأوروبية ٨١٠٦٠-٣/٢٢-٢٠٢٢ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.