



الرقم - ١١١٢٥ - ٣١٥٤٢
التاريخ - ١٤٤٧/٠٣/٤ هـ
الموافق - ٢٠٢٥/٠٩/٦ م

معالي وزير الصحة

سعادة نقيب الصيادلة

سعادة نقيب تجار ومستوردي المستلزمات الطبية

السادة غرفة تجارة الاردن

السادة غرفة تجارة عمان

السادة غرفة صناعة الاردن

السادة غرفة صناعة عمان

السادة مستوردي المستلزمات الطبية

السادة منتجي المستلزمات الطبية

الموضوع: تعليم سحب مستلزم

تحية طيبة وبعد،،،

نحيطكم علما بأنه تقرر سحب المستلزم الطبي Safty alcohol 76% (سبيرتو أبيض نقي) ولكافة احجامه من كافة أماكن تداوله حيث أنه غير مجاز لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تصنيعه في معمل غير مرخص مع عدم خصوصه للفحوصات المخبرية في المؤسسة للتحقق من سلامته ومأمونيته استخدامه مخالف بذلك قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 و اسس تداول المستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات لسنة 2019.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

الأستاذ الدكتورة رنا محمد عبيدات



رسالة مكتبة حلولية العدد العام
لسماسرة الأجهزة الطبية والمستلزمات
لسماسرة طرودة: مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات
الطبية

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٠٩٦٢ ٦٥٦٢٠٠٠ + فاكس: ٠٩٦٢ ٦٥١٠٥٩١٦ ص.ب: ١١١٨١ عمان ٩٦٢ ٦٥١٩٥١ ص.ب: ٥٤٢٢٢٨ أبو نصير ١١٩٧٣ الأردن

الموقع الإلكتروني: www.jfda.jo